ORAgene®•DNA

REF OG-250

NOTICE D'UTILISATION

Lire la notice avant le prélèvement

Précautions de prélèvement :

Ne PAS manger, boire, fumer ni mâcher du chewing-gum dans les 30 minutes précédant le prélèvement de l'échantillon salivaire.

Ne PAS retirer le film plastique du bouchon de l'entonnoir.

Application : Pour le prélèvement d'ADN humain à partir d'échantillons salivaires.

Contenu : Le kit contient du liquide stabilisateur.

Avertissements et précautions : Rincer à l'eau en cas de contact du liquide stabilisateur avec les yeux ou la peau. Ne pas ingérer. Consulter la fiche signalétique sur le site www.dnagenotek.com.

Conservation : 15°C ⁄ 30°C

Résumé et explication du kit :

Oragene•DNA est un kit d'auto-prélèvement qui fournit les matériaux et les instructions pour le prélèvement et la stabilisation des échantillons salivaires.

Légende de l'étiquette :

i	Consulter la notice
	Prélever la salive avant le (utiliser avant le)
IVD	Dispositif médical de diagnostic in vitro
REF	Numéro de référence catalogue
CE	Marquage CE
⚠	Attention, consulter la notice d'utilisation
15°C ⁄ 30°C	Instructions de stockage
EC REP	Représentant agréé
	Fabricant
LOT	Numéro de lot

Procédure :

Le prélèvement d'un échantillon salivaire prend en général entre deux et cinq minutes en suivant les étapes 1 à 4.



1 Commencez à donner votre échantillon salivaire.

2 Crachez jusqu'à ce que la quantité de liquide salivaire (pas les bulles) atteigne le niveau indiqué sur l'image n° 2.



3 Mettez le récipient sur une surface plane. Vissez le bouchon sur le récipient. Assurez-vous que le bouchon est bien fermé, comme indiqué sur l'image n° 3c. Si vous avez des difficultés à fermer complètement le bouchon, faites tourner le bouchon un peu vers la gauche puis essayez à nouveau.



4 Secouez légèrement pendant 10 secondes. Recyclez l'emballage.

CE IVD

Diagnostic in vitro

DNA genotek

Échantillons de qualité supérieure
Performances démontrées

Fabriqué au Canada
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tél. : +1.613.723.5757
Télécopie : +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

EC REP Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene®•DNA n'est pas disponible à la vente aux Etats-Unis.
®Oragene est une marque déposée de DNA Genotek Inc.
Certains produits DNA Genotek peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions, veuillez contacter votre vendeur pour plus de détails.
Tous les protocoles DNA Genotek, rapports et notes d'application sont disponibles dans la rubrique « support » de notre site Internet www.dnagenotek.com.

Brevet (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2017 DNA Genotek Inc., une filiale d'OraSure Technologies, Inc, tous droits réservés.
PD-PR-00301 (FR - French) Issue 3/2017-11